



Santa Maria, 04 de Novembro de 2015.

**1º ADENDO A TOMADA DE PREÇO Nº 2015/5030005-05**

A Comissão de Licitações, no uso de suas atribuições legais, torna publico as seguintes alterações ao edital supracitado:

**1. ONDE SE LÊ:**

*[...] Painel ergonômico com tela de toque para melhor interação com o menu principal ou secundário[...] Possuir no mínimo 180.000 canais digitais de processamento [...] Faixa dinâmica de no mínimo 220dB [...]. Profundidade máxima de imagem de no mínimo 32 cm [...] Sistema multivoltagem automático 100-240V [...] 01 Transdutor endocavitário com faixa de frequência aproximada de 4 a 10 MHz.*

**LEIA-SE:**

*[...] Painel ergonômico com ótima interação com o menu principal ou secundário[...] Possuir no mínimo 20.000 canais digitais de processamento [...] Faixa dinâmica de no mínimo 210dB [...]. Profundidade máxima de imagem de no mínimo 30 cm [...] Sistema multivoltagem 100-240V [...] 01 Transdutor endocavitário com faixa de frequência aproximada de 4 a 9 MHz.*

**2. Data de Abertura, ONDE SE LÊ:**

**Data de abertura dos envelopes:**

1ª. Abertura dia **04/11/2015**, às **14:00 h (envelope 1)**;

2ª. Abertura dia **11/11/2015**, às **14:00 h (envelope 2)**.

**LEIA-SE**

**Data de abertura dos envelopes:**



## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

---

- 1ª. Abertura dia **23/11/2015**, às **14:00 h (envelope 1)**;
- 2ª. Abertura dia **30/11/2015**, às **10:00 h (envelope 2)**.

Os demais itens permanecem inalterados.



Lidiane Daniela Toso  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES  
FATEC

---

**Lidiane Daniela Toso**  
Comissão de Licitação - FATEC