






## Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência

### ATA DE JULGAMENTO REF. A CONCORRÊNCIA N.º 2022/ 5030031-04 (SRP)

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2022/5030031-04, do tipo “Menor Preço Unitário” para **AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS, PILHA DE LÍTIO, MICROPIPETAS, ETC pelo período de 06 meses**, de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2021, do dia primeiro do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária ELIANA HOFFMANN, Presidente, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, MAIARA DA SILVA, membro reuniram-se às dez horas do dia vinte e um do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, para julgamento da proposta apresentada pela empresa: **UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP -UNICA CIENTIFICA, devidamente habilitada e classificada.** Após parecer técnico a comissão de licitações **DECLARA VENCEDORA** a empresa **UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP -UNICA CIENTIFICA** para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 conforme o demonstrativo de valores em anexo. Declara **FRACASSADO** os itens 06, 07, 08, 09, 10 e 11. E nada mais a constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada pela Comissão de Licitações e segue para homologação.

  
Eliana Hoffmann  
Presidente

  
Marta Lucia Santini da Silveira  
Presidente Substituto

  
Maiara da Silva  
Membro

HOMOLOGO EM  
21 / 06 / 2022  
  
Adalberto Constantino  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
FATEC



**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS. PROCESSO: CR2022/5030031-04**

**Nr. Lote: 1 Nr. Item: 1 Descrição Item:** Termômetro digital Testo 174 T - Mini data logger Temperatura Faixa de Indicação -30 a 70 °C Resolução 0,1°C: COM CERTIFICADO RBC Pontos Críticos: -20°/-10°/0 °C; critério de aceitabilidade do certificado Erro ± Max. 0,5 °C

CPF/CNPJ	Nome	Valor Unitário R\$	Unidade	Classif.
11.646.863/0001-57	UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - E	1.172,00	Unid.	Sim

**Nr. Lote: 1 Nr. Item: 2 Descrição Item:** Termômetro digital Testo 174 T - Mini data logger Temperatura Faixa de Indicação -30 a 70 °C Resolução 0,1°C, COM CERTIFICADO RBC. Pontos Críticos: 18°/21°/ 25 °C; critério de aceitabilidade do certificado (erro ± Max. 0,5 °C).

CPF/CNPJ	Nome	Valor Unitário R\$	Unidade	Classif.
11.646.863/0001-57	UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - E	1.172,00	Unid.	Sim

**Nr. Lote: 1 Nr. Item: 3 Descrição Item:** Termômetro digital Testo 174 T - Mini data logger Temperatura Faixa de Indicação -30 a 70 °C Resolução 0,1°C COM CERTIFICADO RBC Pontos Críticos: 0°/5°/10° C; critério de aceitabilidade do certificado (erro ± Max. 0,5 °C)

CPF/CNPJ	Nome	Valor Unitário R\$	Unidade	Classif.
11.646.863/0001-57	UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - E	1.172,00	Unid.	Sim

**Nr. Lote: 1 Nr. Item: 4 Descrição Item:** Termômetro digital Testo 174 T - Mini data logger Temperatura Faixa de Indicação -30 a 70 °C Resolução 0,1°C COM CERTIFICADO RBC Pontos Críticos: 15°/25°/30° C; critério de aceitabilidade do certificado (erro ± Max. 0,5 °C)

CPF/CNPJ	Nome	Valor Unitário R\$	Unidade	Classif.
11.646.863/0001-57	UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - E	1.172,00	Unid.	Sim

**Nr. Lote: 1 Nr. Item: 5 Descrição Item:** Pilha de Lítio, pilha tipo botão, tipo CR 2032

CPF/CNPJ	Nome	Valor Unitário R\$	Unidade	Classif.
11.646.863/0001-57	UNICA EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - E	10,00	Unid.	Sim



**LAMIC - Laboratório de Análises Micotoxicológicas - UFSM**  
CCR & CCS DMVP & DACT FATEC • **Coordenação: Prof. C. A. Mallmann**  
Prédio 44, 3º andar, ala norte • Santa Maria (RS) 97.105-900  
Fones (55) 3220 8445 • 3220 8073 • 9967 4377 • [www.lamic.ufsm.br](http://www.lamic.ufsm.br)


Santa Maria, 15 de junho de 2022.

## PARECER TÉCNICO

Conforme **ATA DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 2022/5030031-04 (SRP)**, da FATEC, para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS, PILHA DE LÍTIO, MICROPIPETAS etc. cotados pela empresa relacionada abaixo cumprem com as especificações técnicas necessárias para aquisição e uso dos materiais no laboratório LAMIC/UFSM e são:

- **UNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA – EPP – UNICA CIENTIFICA** - com os itens **01, 02, 03, 04 e 05.**

Atenciosamente,

  
Prof. Dr. Carlos Augusto Mallmann  
**COORDENADOR**  
Laboratório de Análises Micotoxicológicas

*Handwritten initials and marks at the bottom right corner.*